**INDICAZIONI KIDZ-TEK:** tutore pediatrico destinato alla stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio tramite compressione dei tessuti molli, con cuscinetto ad azione compressiva locale intorno alla rotula. Utile, ad esempio, nei casi di: dolore femoro-rotuleo; lievi tendinopatie del rotuleo; esiti lussazioni rotuleee; strabismo rotuleo; iperassità di rotula; morbo di Sinding-Larsen-Johanssson; iniziale Osgood-Schlatter.
**INDICAZIONI KIDZ-TRB:** tutore pediatrico destinato allo scarico della tensione sul tendine rotuleo mediante compressione. Utile, ad esempio, nei casi di: sindrome di Osgood Schlatter.
**CONTROINDICAZIONI:** al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà luogo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per bambini.

**⚠ AVVERTENZE D'USO**

- Utilizzare sotto la supervisione dei genitori.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito per essere utilizzato in combinazione con altri MD (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo necessario al loro completo assorbimento).

Fabbricante

Dispositivo medico

Codice prodotto

Conservare lontano da fonti di calore

Consultare le istruzioni d'uso

Conservare in ambiente secco

Codice lotto

Uso multiplo singolo paziente

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

**FGP srl**
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

FISTFRKIDZTEK/TRB
Rev. 01 - 03/23

FGP
Orthopedic & Rehabilitation Equipment

FGP KIDZ

# KIDZ-TEK
# KIDZ-TRB

**Ginocchiera traspirante con stabilizzatore rotuleo**
**linea Phylotek pediatrica**
**Cinturino sottorotuleo pediatrico**

# ISTRUZIONI D'USO KIDZ-TEK

1. Infilare il tutore come da **figura 1**.
2. Sfilare il tutore come da **figura 2**.



1



2

**Codice d'ordine:** KIDZ-TEK

# ISTRUZIONI D'USO KIDZ-TRB

1. Aprire le due cinghie a strappo laterali **(fig. 1).**
2. Sfilare uno dei due elementi a strappo dalla fibbia **(fig. 2).**
3. Inserire il tutore come in **figura 3** posizionando il cuscinetto sottorotuleo nella parte frontale della gamba.
4. Chiudere il tutore facendo passare gli elementi a strappo laterali all'interno delle rispettive fibbie e chiudendoli attorno al tutore **(fig. 4)**.

1

2



3



4

**Codice d'ordine:** KIDZ-TRB

## KIDZ-TEK

**STRUTTURA**
- soft in tessuto Phylotek® traspirante privo di cuciture con spessore ridotto nella zona posteriore, tubolare, con foro rotuleo

**SNODO/ASTE**
- nessuno

**STABILIZZATORE ROTULEO**
- in silicone ad anello

**CHIUSURA**
- nessuna

**NOTE**
- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore HEIQ SMART TEMP

## KIDZ-TRB

**STRUTTURA**
- parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort, con effetto massaggio
- parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

**PRESSORE**
- cuscinetto in silicone ricoperto in morbido tessuto

**CHIUSURA**
- a strappo con doppia fibbia
- dotato di un elemento elastico a livello del passante di chiusura per evitare effetto laccio

**MISURE (ambidestro)**

| Taglia | Ø Coscia | Altezza |
|---|---|---|
| S | 20-25 cm | 18 cm |
| M | 24-29 cm | 21 cm |
| L | 28-33 cm | 22 cm |




**MISURE (ambidestro)**
Taglia unica

## PULIZIA

| SIMBOLO | SIGNIFICATO |
|---|---|
| | Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risciacquare accuratamente |
| | Non candeggiare |
| | Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo |
| | Non stirare |
| | Non lavare a secco |

**CONSERVAZIONE:** conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.
**Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.**
**Il prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.**

**NOTA:** questo dispositivo medico di classe I deve essere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano parte integrante delle stesse. Per ogni presunta problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortopedico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. L'ortesi è realizzata per l'uso esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente grave, morte o grave deterioramento delle condizioni di salute del paziente, relazionabili al MD, contattare immediatamente il fabbricante e l'Autorità competente.